

Bertil Moesgaard Andersen

Fra: Martin Bredgaard Sørensen <mbs@regioner.dk>
Sendt: 23. oktober 2020 13:57
Til: Bertil Moesgaard Andersen
Cc: Martin Bredgaard Sørensen
Emne: SV: VS: Høring af tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Kære Bertil Moesgaard Andersen

Hermed fremsendes Danske Regioners høringssvar vedrørende tekniske krav til høreapparater.

Jeg skal oprigtigt beklage den store overskridelse af deadline.

Danske Regioner kan helt overordnet tilslutte sig de tekniske kvalitetskrav, dog med følgende bemærkninger:

Generelt:

Kravene bør være absolutte minimumskrav. Kravene må ikke stå i vejen for fremtidige udbud på høreapparater, hvor der stadig skal være frihed til at sammensætte en licitation med fokus på teknisk bedre høreapparater end nu (dvs. for at imødekomme den fremtidige udvikling).

Der er behov for tilføjelse i beskrivelse af målgruppe allerede 2 linje i notatet, så det ikke kun er mennesker med høretab, men også er mennesker med tinnitus.

Vi foreslår derfor denne ændring: ... for mennesker med høretab og/eller tinnitus

Der bør yderligere fremgå en præcisering i afsnit 1. Høreapparattyper.

Ved RITE bør følgende præciseres: (mikrofon bag øret, receiver placeret i øregang, eller mikrofon og receiver i øregang)

Krav om brugerbetjent styrkekontrol:

Det synes ikke utænkeligt at der i fremtiden vil komme høreapparater på markedet, hvor apparatet alene betjenes via fjernbetjente løsninger/app-løsninger.

Et sådan krav om styrkekontrol brugerbetjent skal ikke udelukke nyudviklinger fra forskellige firmaer på det danske marked.

Krav om at der skal foreligge en taletest for godkendelse af høreapparat:

(Audiologiske egenskaber for taleforstærkning i henhold til IEC 60118-15 ("First fit" audiogram N3 (RITE), audiogram N6 (BTE)) skal foreligge i producentens datablad, eller fra ILAC MRA akkrediteret prøvningsinstitution)

Denne test har før været diskuteret mellem fabrikanter, Amgros og FORCE. Umiddelbart er det kun DK der ønsker denne test i forbindelse med udbud. Skal dette foreligge på alle høreapparater vil det kun gøre dem dyrere.

Umiddelbart virker den overflødig, set i lyset af at øvrige lande ikke anser det for nødvendigt. I flere lande testes og valideres mere end man gør i DK tilsyneladende uden problemer.

Software bør være tilgængelig for høreklinikkens audiologiske personale:

Står skrevet i første afsnit mhp. at brugen f.eks. ved flytning eller ønske om valg af en ny leverandør fortsat har mulighed for justering.

Der foreslås en korrektion: software skal være tilgængelig til høreapparater der udleveres med offentligt tilskud. Hertil bør tilstræbes understøttelse af en fælles teknologi/platform for at tilslutte trådløst til høreapparaterne i forbindelse med indstilling og justering af høreapparaterne, og dette bør være branchestandarden ('Noahlink Wireless').

Trådløs overførsel af lyd:

Der nævnes "Trådløs overførsel af lyd med anvendelse af telespole eller digital streaming (indbygget eller via ekstern enhed) skal kunne tilbydes."

Kommentar herfra er, at streaming bør være via Bluetooth, og bør være i en version der understøttes bredt af såvel Apple som de fleste Android producenter (inkl. Huawei o.l.).

Med venlig hilsen

Martin Bredgaard Sørensen
Team Forebyggelse og kroniske sygdomme
Center for Sundhed og Sociale indsatser (SUS)

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

M 27 12 99 35
E mbs@regioner.dk

Officiel post bedes sendt til
regioner@regioner.dk

www.regioner.dk

Fra: SUS-Sekre-team <SuSsekre-teamet@regioner.dk>
Sendt: 18. september 2020 17:28
Til: Martin Bredgaard Sørensen <mbs@regioner.dk>
Emne: VS: VS: Høring af tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Fra: Regioner@regioner.dk <regioner@regioner.dk>
Sendt: 16. september 2020 12:09
Til: SUS-Sekre-team <SuSsekre-teamet@regioner.dk>
Emne: VS: Høring af tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Fra: Bertil Moesgaard Andersen <BMA@SUM.DK>
Sendt: 16. september 2020 11:53
Til: Regioner@regioner.dk; 'kl@kl.dk' <kl@kl.dk>; Ole Lund Jensen <OLJ@regioner.dk>; 'apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk' <apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk>; 'doenhof@gmail.com' <doenhof@gmail.com>; 'administration@dsff.dk' <administration@dsff.dk>; 'dsr@dsr.dk' <dsr@dsr.dk>; 'foa@foa.dk' <foa@foa.dk>; 'kontakt@radiograf.dk' <kontakt@radiograf.dk>; 'faps@dadl.dk' <faps@dadl.dk>; 'fas@dadl.dk' <fas@dadl.dk>; 'dadl@dadl.dk' <dadl@dadl.dk>; 'yl@dadl.dk' <yl@dadl.dk>; 'lvs@dadl.dk' <lvs@dadl.dk>; 'post@alzheimer.dk' <post@alzheimer.dk>; 'dhf@danskhandicapforbund.dk' <dhf@danskhandicapforbund.dk>; 'info@danskepatienter.dk' <info@danskepatienter.dk>; 'info@danske-seniorer.dk' <info@danske-seniorer.dk>; 'info@danske-aeldreraad.dk' <info@danske-aeldreraad.dk>; 'dch@dch.dk' <dch@dch.dk>; Det Etiske Råd kontakt <kontakt@etiskraad.dk>; 'info@diabetes.dk' <info@diabetes.dk>; 'info@fagligsenior.dk' <info@fagligsenior.dk>; 'admin@hjernesagen.dk' <admin@hjernesagen.dk>; 'info@hjerneskadeforeningen.dk' <info@hjerneskadeforeningen.dk>; 'post@hjertereforeningen.dk' <post@hjertereforeningen.dk>; 'mail@hoereforeningen.dk' <mail@hoereforeningen.dk>; 'info@cancer.dk' <info@cancer.dk>; 'lev@lev.dk' <lev@lev.dk>; 'landsforeningen@sind.dk' <landsforeningen@sind.dk>; 'info@scleroseforeningen.dk' <info@scleroseforeningen.dk>; 'mail@sjaldnediagnoser.dk' <mail@sjaldnediagnoser.dk>; 'ulf@ulf.dk' <ulf@ulf.dk>; 'aeldresagen@aeldresagen.dk' <aeldresagen@aeldresagen.dk>; 'info@sundheddanmark.dk' <info@sundheddanmark.dk>; 'info@danskerhverv.dk' <info@danskerhverv.dk>; 'di@di.dk' <di@di.dk>; 'info@patientsikkerhed.dk' <info@patientsikkerhed.dk>; 'sekretariat@dsgcp.dk' <sekretariat@dsgcp.dk>; 'dsk@dadl.dk' <dsk@dadl.dk>; 'sekretaer@dsohh.dk' <sekretaer@dsohh.dk>; 'info@lif.dk' <info@lif.dk>; 'pebl@patienterstatningen.dk' <pebl@patienterstatningen.dk>;

'pd@pharmadanmark.dk' <pd@pharmadanmark.dk>; 'sekretariat@paks.dk' <sekretariat@paks.dk>;
'info@sygeforsikring.dk' <info@sygeforsikring.dk>; 'tl@tl.dk' <tl@tl.dk>; 'amgros@amgros.dk'
<amgros@amgros.dk>; 'mail@dukh.dk' <mail@dukh.dk>; 'himr@himr.fo' <himr@himr.fo>; 'govsec@nanoq.gl'
<govsec@nanoq.gl>

Cc: Ida Stube Holst <ISH@sum.dk>; Anne Bækgaard <anb@sum.dk>

Emne: Høring af tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Kære alle

Til orientering har Sundheds- og Ældreministeriet nu udsendt udkast til tekniske kvalitetskrav til høreapparater i høring med en høringsfrist på fire uger frem til 13. oktober 2020 kl. 12. Udkastet fremgår af vedhæftede sammen med høringsbrev og -liste. Udkastet skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens igangværende høring af de faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling. Det forventes, at de tekniske kvalitetskrav træder i kraft, når en revideret bekendtgørelse er udstedt.

Bemærkningerne bedes sendt til bma@sum.dk, ish@sum.dk, anb@sum.dk, med kopi til sum@sum.dk

Der medsendes ud over udkast til kvalitetskravene et [link](#) til høringsportalen.

Med venlig hilsen

Bertil Moesgaard Andersen