

Bertil Moesgaard Andersen

Fra: Annika Christensen <annikachris@rn.dk>
Sendt: 28. september 2020 15:10
Til: Bertil Moesgaard Andersen; Ida Stube Holst; Anne Bækgaard
Cc: DEP Sundheds- og Ældreministeriet
Emne: Høringssvar, høring af tekniske kvalitetskrav til høreapparater

Kære Bertil Moesgaard Andersen m.fl.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. tekniske kvalitetskrav til høreapparater.

Jeg har følgende bemærkninger til det fremsendte materiale:

Ad pkt. 2.6 " Trådløs kommunikation direkte mellem højre og venstre høreapparat, således at program og volumenfunktion afstemmes de 2 apparater imellem (binaural koordinering). Kravet omfatter ikke ITE typer." Det krav skal fastholdes, og ydermere bør det tilføjes, at der også bør være mulighed for at slå den binaurale koordinering fra i de tilfælde, hvor brugeren enten ikke ønsker binaural koordinering, eller hvor brugeren har et fluktuerende høretab (forskellige typer konduktive høretab eller Meniéres syge kan forårsage dette), således at brugeren kan regulere forstærkningen i hvert apparat for sig, da der er et behov for dette, som skal kunne imødekommes

Ad pkt. 3. "Garanti".

Det bør tilføjes at leverandøren har pligt til at kunne levere tilbehør til høreapparaterne i garantiperioden på de 4 år. Det være sig lydskulpter, lydslanger (tyndslanger), voksfiltre, mikrofonfiltre og andet tilbehør, som er nødvendigt for at det pågældende høreapparat kan fungere.

Der står ikke noget om ørepropper i kvalitetskravene. Skyldes dette at der vil komme separate kvalitetskrav til ørepropper? Hvis ikke, så mener jeg at det bør tilføjes, at det skal være et krav at høreapparaterne skal tilpasses med de ørepropper, som er nødvendige til at kunne levere tilstrækkelig forstærkning til brugerens høretab. Herunder bør der stå, at ved moderate og svære høretab skal der tages aftryk af brugerens ører og ud fra aftrykkene skal der fremstilles individuelt fremstillede ørepropper. Dette krav skal gælde for både BTE og RITE apparater.

Med venlig hilsen

Annika Christensen

Audiologiassistent, FBE Øre-, Næse-, Hals Afdelingen, Aalborg Universitetshospital

TR for audiologiassistenter i Region Nordjylland

[Her kan du læse om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig](#)